
土耳其语+英语
彩印；折页；
材质：105G双铜;尺寸：展开723*130mm，折后90*130mm

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti



(Cihazın Dış Görünüşü)

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti

Doğru Kullanım :

1. Hazırlık

Elektrotların Hazırlanması: Bantları yavaşça çıkarın. Kullanımını tamamladığınızda ise tekrar yerine yerleştirin.

Elektrotların Konumlandırılması: Elektrotun kullanılacağı bölgeyi yağ ve diğer kirlerden arındırmak için nemli bir havlu ile silin, Daha sonra elektrotları direkt olarak terapinin uygulanacağı alana yapıştırın. Tedavinin üzün bir şekilde uygulanabilmesi için her iki elektrotun da aynı anda yapıştırılması gerektiğini unutmayın. Elektrotların simetrik olup olmaması terapiyi etkilemez.

2. Detaylı Kullanım ：

Gücün Açılması: Cihazın çalışmaya başlaması ve ekranın açılması için "Açma/Kapama" tuşuna basın. Açılışta terapii modunu belirten ok hafıza modunu gösterecektir, Bu durumda şiddet 0 olacaktır ve tedavi süresi 15 dakikadır.

Tedavi Modunun Seçilmesi: Bir tedavi modu seçebilmek için "MOD" tuşuna basın ve masaj, zayıflatma, akupunktur, hacamat, bağışıklık regülasyonu ve rinit modlarından birini seçin.

Şiddetin Ayarlanması: Şiddet tuşuna basın ve şiddeti uygun seviyeye ayarlayın.

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti

3. Önlemler:

Cihazı tekrar kullanmanız gerektiğinde "Detaylı Kullanım" bölümünde verilen adımları tekrarlayın. Terapi sırasında terapi modunda bir değişiklik yaparsanız terapinin şiddeti otomatik olarak 0 değerine ayarlanacaktır, Bu nedenle mod değişikliğinde şiddet seçimini tekrarlamanız gerekir.

Terapi sırasında terapi alanını yani elektrotların konumunu değiştirmeniz gerekirse öncelikle "Açma/Kapama" tuşuna basarak cihazı kapatın, Sonrasında elektrotları uygun pozisyona yerleştirerek tekrar çalıştırın.

Tedavi tamamlandığında elektrotları çıkarmadan öce cihazı kapattığınızdan emin olun.

Elektrotları çıkarırken kablolarından çekmemeye dikkat edin.

Hamile kadınlarda kullanım için uygun değildir.

4. Depolama ve Bakım ：

- Cihaz Temizliği: Cihazı yumuşak bir bez ile silin. Seyreltici, gaz veya uçucu sıvılar kullanmayın.
- Elektrotların Temizliği: Elektrotlar üzerinde bulunan lekeleri ıslak bir bez ile silin veya temiz su ile durulayın ve derhal kurulayın. Yeniden kullanım öncesinde elektrotların kuru olduğundan emin olun.
- Depolama: Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın, Islak yüzeylerden, yüksek sıcaklıklardan ve direkt gün ışığından sakının.

Konfigürasyon

Cihaz Aksesuarları: Cihaz, 4 elektrotlu 2 elektrot kablosu, 2 çift elektrot bandı, USB kablo, rinit kablosu, kullanım kılavuzu

- Elektrot bantları 20-25 kullanım ömrü olan sarf malzemelerdir. Bu nedenle yedek elektrot bulundurmanız önerilmektedir.

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti

Cihaz Özellikleri:

Ürün Adı	Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti
Model	KTR-2262
Güç Kaynağı	DC 4,5V
Güç	17 MA （direnç yükü 1K）
Pil Ömrü	Normal kullanımda aralıksız 8 saat
Boyutlar	134 mm (boy) x 64 mm (en) x 20 mm (genişlik)

Aksesuarlar ve Bakım

1. Cihazınızın bakıma ihtiyacı olduğunda veya yedek parça temin etmeniz gerektiğinde teknik servis ile iletişime geçiniz.
2. Firma, kılavuz uygun kullanımda oluşabilecek hatalar için satın alma tarihinden itibaren bir yıl garanti taahhüt eder.
3. Garanti süresi dolan ürünler için firma yalnızca değişim yapılan parçalar için ücret talep eder.
4. Cihazınız bozulduğunda derhal etkili teknik servise yönlendirin. Cihaza kendiniz müdahale etmeyin.

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti

Shenzhen Kentro Medical Electronics Co.,Ltd
2nd Floor, No. 11, Shanzhuang Road, Xikeng Village, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

EU REP **Share Info GmbH**
Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany
Tel: 0179 5666 508 Email: eu-rep@share-info.com

İTHALATÇI: Ece Tıbbi Cihazlar ve Medikal San. Tic. A.Ş.
Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok.
No: 5/1 Avcılar/İstanbul/ TÜRKİYE
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net
Tel: 444 78 96

Yayın Tarihi: 15.07.2023

RespiroX® CE 2862

Çok Fonksiyonlu Çift Çıkışlı Masaj Aleti
Model: KTR-2262



Teknolojiye Dokunun ，
Hayatın Tadını Çıkarın


Kurulum ve Kullanım Videosu İçin Tıklayınız. For Installation and Usage Video Tutorials, **Scan It.**

Multi-Functional Dual-Output Massager



(External Appearance of the Machine)

Multi-Functional Dual-Output Massager



Multi-Functional Dual-Output Massager

Correct Way of Using:

1. Preparations

- Prepare Electrodes: Remove the patches gently, and post them on the winder when you finish using.
- Electrode Position: Wipe the treated area with a wet towel to eliminate oil or perspiration stains, Then paste up the electrodes directly on the treated areas, Bear in mind that the two electrodes should be placed on body surface at the same time otherwise the treatment cannot be carried out, Symmetrical placement of electrodes is not required.

2. Detailed Operations ：

- Turn on The Power: Press the button so that the LCD is powered on and the treatment mode indicating arrow points to store mode, At the moment, the intensity is "0" and treatment time is set at 15 minutes.
- Select Treatment Mode: Press function selection button to select a treatment mode from store, massaging, manipulation, slimming, acupuncture, scraping, cupping, immune regulation and rhinitis.
- Adjust Intensity: Press the intensity button and switch the intensity to an appropriate level.

Multi-Functional Dual-Output Massager

3. Precautions:

If you need to use the massager again, please press the power button and repeat the procedures above.

If you change treatment mode during treatment, the intensity will be automatically set at level 0. You need to switch it to an appropriate level.

If you change treatment area during treatment, you have to change the electrode positions, remember the turn off the device first.

If the treatment is done, please press the power button to power off the massager first before removing the electrodes.

When removing electrodes, please pull the plug instead of the wire.

Unavailable for pregnant women.

4. Methods for Storage and Maintenance:

- Machine cleaning: Wipe the machine with a soft cloth. Do not use diluents, gas, or volatile liquid.
- Electrode cleaning: Wipe up the stains on the electrodes with a wet cloth, or rinse them with clean water and dry them immediately before using them again.
- Storage: Keep the massager out of the reach of children. Keep it away from wet places, high temperatures, direct strong sunlight, and/or water.

Configuration:

Accessories of the machine: one set of machine, two electrode wires with four electrodes, two pairs of patches, USB Line, RHINITIS Line and one instruction book.

- Electrode patches are consumables whose service life is 20-25 times. Please prepare some extra ones.

Multi-Functional Dual-Output Massager

Product Specifications:

Name	Multi-Functional Dual-Output Massager
Model	KTR-2262
Power Supply	DC 4.5V
Power	17 MA （resistance load 1K）
Battery Life	8 consecutive hours for normal use
Dimensions	Length: 134mm Width:64mm, Thickness:20mm

Accessories and Maintenance

1. If you need to maintain your machine or purchase accessories, please contact the after-sale services of the manufacturer or its distributor.
2. The company warrants providing free repair services for your machine within one year ever since the purchase date in the event that any fault occurs when it is used in accordance with the instruction book (excluding artificial damages).
3. For machines exceeding the one-year warranty, the company charges only for the changed components without maintenance cost.
4. Please send the malfunctioning device to the after-sale service department or its distributor. The company will handle it immediately upon receiving it.

Multi-Functional Dual-Output Massager

Shenzhen Kentro Medical Electronics Co.,Ltd
2nd Floor, No. 11, Shanzhuang Road, Xikeng Village, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

EU REP **Share Info GmbH**
Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany
Tel: 0179 5666 508 Email: eu-rep@share-info.com

IMPORTER: Ece Tıbbi Cihazlar ve Medikal San. Tic. A.Ş.
Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok.
No: 5/1 Avcılar/İstanbul/ TÜRKİYE
www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net
Tel: 444 78 96

Date of Issue: 15.07.2023

RespiroX® CE 2862

Multi-Functional Dual-Output Massager
Model: KTR-2262



Touch Technology ，Enjoy Life

Kurulum ve Kullanım Videosu İçin Tıklayınız. For Installation and Usage Video Tutorials, **Scan It.**